


进口产品专家论证名单

洛阳市东方人民医院支气管激发试验装置采购项目					
洛阳市东方人民医院					
项目名称					
招标单位					
姓名	身份证号	工作单位	职 称/专 业	联系电话	
刘德军	410302197003051522	河南科技大学二附院	主治医师	15838829511	
吕 军	41030319691200034	洛阳市中心医院	工 程 师	1503496977	
王 斌	410303196406090010	河南科技大学	副主任医师	13837937826	
李 军	61011319704021651	洛阳职业技术学院	高 教	13937907104	
张 丽 君	61030919680720161	洛阳市交通电子技术中心	副 总 经 理 / 法 律	13937957799	

采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	洛阳市东方人民医院
拟采购产品名称	检查型电子支气管内窥镜一条，治疗型电子支气管内窥镜一条。
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	洛阳市东方人民医院电子支气管镜采购项目
采购项目所属项目金额	120 万元
二、申请理由	
□1. 中国境内无法获取：	
□2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：	
<p>洛阳市东方人民医院现有图像主机处理系统为奥林巴斯生产型号为 CV-290，本次拟采购的检查型电子支气管内窥镜及治疗型电子支气管内窥镜，为确保设备的高稳定性、兼容性、安全性及高精度，此精密仪器仅能由原设备制造商提供，需采购货物品牌为奥林巴斯，制造商为日本奥林巴斯医疗株式会社，其它制造商无法提供相关配件、与之配套的成像软件及升级后的售后服务。</p>	
三、专家论证意见	
<p>洛阳市东方人民医院拟采购的检查型电子支气管内窥镜、治疗型电子支气管内窥镜，系统构造精密，内部结构复杂，技术含量高，对安全稳定性及精度性能要求极高，国内同类产品不能完全具备其功能，不能满足相关要求，建议采购进口设备。</p> <p>采购该设备不违反法律规定，论证程序符合法律规定。</p>	
专家签字：	
	
2024 年 09 月 25 日	

参会人员签到表

2024年09月25日

论证内容：洛阳市东方人民医院支气管激发试验装置采购项目					
论证地点：中大国信工程管理有限公司评标室（洛阳市洛龙区开元大道世贸中心C座2307室）					
采购人：洛阳市东方人民医院					
采购代理机构：中大国信工程管理有限公司					
序号	姓名	工作单位	专业/职称	联系方式	其他
1	陈霞	洛阳市东方人民医院	支部书记	15837937986	<input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 招标人
2	赵峰	洛阳市东方人民医院	副主任医师	15896683383	<input type="checkbox"/> 监督 <input checked="" type="checkbox"/> 招标人
3					<input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 招标人
4					<input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 招标人
5					<input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 招标人
6					<input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 招标人
7					<input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 招标人

单一来源采购方式原因阐述

采购人信息	姓名: 赵军华
	职称: 副主任医师
	工作单位: 洛阳市东方人民医院
项目信息	项目名称: 洛阳市东方人民医院电子支气管镜采购项目
	供应商名称: 河南人康医疗科技有限公司
原因阐述	<p>我院现有奥林巴斯 CV-290 图像处理装置及摄像系统, 需配电子支气管镜与我院现有设备 CV-290 系统完全兼容, 无缝对接。可保证在双管系统高精度、高安全性以及高精度可以实现预期的临床应用价值。并且厂家可以持续为整套设备提供技术支持和技术保障服务。其它设备生产厂家无法提供与我院现有奥林巴斯 CV-290 系统主机相匹配的电子支气管镜。</p>
采购人签字	赵军华 日期: 2024 年 9 月 25 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	王燕萍	
	职称:	主管护师	
	工作单位:	河科大二附院	
项目信息	项目名称:	洛阳市东方人民医院电子支气管镜采购项目	
	供应商名称:	河南人康医疗科技有限公司	
专业人员论证意见	<p>经我院现有奥林巴斯 CV-290 电子支气管镜、</p> <p>拟采购奥林巴斯型电子支气管镜、</p> <p>奥林巴斯型电子支气管镜需与原有之</p> <p>相匹配,兼容。</p> <p>产品供应商河南人康医疗科技</p> <p>有限公司为该项目唯一授权经销商</p> <p>符合单一来源采购方式:只能从唯一供</p> <p>应商处采购的情形。</p> <p>建议:单一来源采购。</p>		
专业人员签字	王燕萍	日期:	2024年9月25日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谭志明
	职称: 高级实验师
	工作单位: 河南科技大学医学院
项目信息	项目名称: 洛阳市东方人民医院电子支气管镜采购项目
	供应商名称: 河南人康医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>本次拟采购电子支气管镜与在 医院现有的奥林巴斯主机上增加 的设备,为适配新购设备与原 主机完美匹配,不影响临床工 作中国保质量,建议其购买 同品牌设备。</p> <p>另外,人康医疗科技有限公司 与奥林巴斯在河南的唯一授 权公司,因此,同意其以单一来源 方式采购电子支气管镜</p>
专业人员签字	<p>谭志明</p> <p>日期: 2024年9月25日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 吕军
	职称: 工程师
	工作单位: 洛州中心医院
项目信息	项目名称: 洛阳市东方人民医院电子支气管镜采购项目
	供应商名称: 河南人康医疗科技有限公司
专业人员论证意见	<p>洛州东方人民医院拟购电子支气管镜, 原使用的是奥林巴斯图像处理装置主机, 型号为CV-290. 本次增加一条奥林巴斯拉斐尔电子支气管镜和治疗型电子支气管镜, 为了保证兼容性和无缝对接, 需与奥林巴斯主机配套使用。</p> <p>建议: 购置奥林巴斯支气管镜。</p>
专业人员签字	吕军 日期: 2024年9月25日